

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Srbija
Tel./Centrala 018 4226-216
4222-403
Tel./Fax 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs



CLINIC OF STOMATOLOGY NIS
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs

Klinika za stomatologiju Niš
Bulevar dr Zorana Đinđića br.52
18 000 Niš

Del. br. 40-438
31.10.2014.godine

Na osnovu člana 105 Zakona o javnim nabavkama (" Službeni glasnik RS " br. 124/12) , Komisija za javnu nabavku obrazovana Rešenjem direktora br. 40-385/14 od 09.10.2014.godine, sastavlja

IZVEŠTAJ
o stručnoj oceni ponuda
u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara

1. Predmet javne nabavke br. 13/14 u postupku javne nabavke male vrednosti su medicinska dobra :
 - 33111500 rentgesnki uređaj za zubarstvo i 33190000 razni medicinski uređaji.
2. Javna nabavka digitalnog ortopana je evidentirana po rednim brojem 13 za tekuću 2014.godinu.
3. Nabavka digitalnog ortopana finansira se u skladu sa Finansijskim planom Klinike za stomatologiju Niš a u skladu sa Planom javnih nabavki Klinike za stomatologiju Niš.
4. Procenjena vrednost javne nabavke do 2.999.000,00 (dvamilionadevetstodevedesetdevet) dinara.
5. Nabavka digitalnog ortopana sa štampačem sprovodi se u postupku javne nabavke male vrednosti u smislu Zakona ("Službeni glasnik RS" br.24/20129 , jer je procenjena vrednost ovog dobra (nema istovrsnih nabavljenih dobara u toku 2014) niža od 2.999.000.00 dinara.

6. Za navedenu javnu nabavku blagovremeno do predviđenog roka pristigle su tri ponude.

Kriterijum za dodelu ugovora i ocenu ponuda je najniža ponudjena cena.

Komisija je pristupila pregledavanju i ocenjivanju pristiglih ponuda:

Priložena ponuda br. **40-403 ponudjača doo Tim Co Beograd** ul.Jovana Ristića 5c pib 1010114105,mbr. 06689434 , koje zastupa Dipl. Inž. Momčilo Mirić ne sadrži dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku. Ponuda sadrži samo Prilog br.12 iz Konkursne dokumentacije i jedan katalog firme SOREDEX ,Cranex 3D

Zbog bitnih nedostataka **odbija se** kao neprihvatljiva ponuda br. 40-403 ponudjača doo Tim Co Beograd ul.Jovana Ristića 5c pib 1010114105,mbr. 06689434 , koje zastupa Dipl. inž. Momčilo Mirić .

Ponuda br. **40-419 od 27.10.2014. godine doo Medikom Šabac** ul. Pocerska br. 3, Pib 100126308 , mbr 07595166, koje zastupa Predrag Vasilic, ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku.

Ponudjeno je dobro u svemu prema zahtevanim tehničkim specifikacijama.

Ponudjen je :

- Carestream Health dentalni ortopan CS 9000;
- Carestream Health laserski štampač DRYVIEW 57000 Laser Imaginig Sistem -
- HP ProLinant ML310e Gen 8 v2 Server – kao radna stanica.
- Ukupno ponudjena cena bez PDV-a : 2.990.000,00 dinara.
- Ukupno ponudjena cena sa PDV-a : 3.588.000,00 dinara.
- Rok važenja ponude : 60 dana.

Ponuda je prihvatljiva.

Ponuda br. **40-421 od 27.10.2014.godine doo Ortodent Niš** Bulevar Cara Konstantina bb, pib 100335422, mbr 07628374, koje zastupa Andria Radojičić ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku.

Ponudjen je :

- Digitalni ortopan RAYSCAN alfa –P –Samsung ;
- Štampač DRYPIX 2000, tip Lite , medicinski printer suve tehnologije I
- radnu stanicu odgovarajućih tehničkih karakteristika.
- Ukupno ponudjena cena bez PDV-a : 2.970.000,00 dinara.
- Ukupno ponudjena cena sa PDV-a : 3.564.000,00 dinara.
- Rok važenja ponude : 60 dana

Pregledavanjem prateće priložene tehničke dokumentacije koja potvrđuje vrstu, tehničke karakteristike i kvalitet ponudjenog dobra , konstantovano je da ponudjni štampač DRYPIX 2000, tip Lite ne ispunjava zahtevane uslove iz tehničke specifikacije.

Ponudjeno dobro ne ispunjava zahteve naručioca i zahteve u pogledu tehničkih karakteristika , Prilog br.5 konkursne dokumentacije.

Na primedbu ovlašćenog predstavnika ponudjača doo Medikom Šabac da je ponudjeni štampač DRYPIX 2000, tip Lite „ termalni“ a ne „laserski „ nije dostavljeno poja-

šnjenje o funkcioniranju ponudjenog štampača, budući da je i u priloženoj tehničkoj dokumentaciji navedeno da kod ponudjenog štampača „termalna glava prenosi toplotu dok je u kontaktu sa termalnim filmom“

Zbog bitnih nedostataka **odbija** se neodgovarajuća ponuda br. 40-421 od 27.10.2014.godine doo Ortodent Niš Bulevar Cara Konstantina bb, pib 100335422, mbr 07628374, koje zastupa Andria Radojičić.

Komisija za javnu nabavku konstatuje da je ponuda ponudjača MEDICOM doo Šabac ul. Pocersaka br. 3, zavedena pod brojem 40-419 od 27.10.2014.godine, blagovremena, odgovarajuća I prihvatljiva I najpovoljnija, te predlaže da se njemu dodeli ugovor.

Članovi Komisije za javnu nabavku u postupku male vrednosti br. 13/2014 :

- 1) Dr Predrag Radović, predsednik _____
- 2) Prim. dr Ljiljana Čemerikić _____
- 3) Doc. dr Goran Tošić _____
- 4) Mr dr Marija Bojović _____
- 5) Dr Jelena Popović _____
- 6) Milošević Borivoje _____
- 7) Vida Vilić, dipl. pravnik _____