

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Srbija
Tel./Centrala 018 4226-216
4222-403
Tel./Fax 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs



CLINIC OF STOMATOLOGY NIS
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs

Klinika za stomatologiju Niš
Bulevar dr Zorana Đinđića 52 , Niš
Del. br: 40/158
21.3.2014.

U skladu sa članom 63. Stav 3 a u vezi stava 2 istog člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS „ br. 124/12) , naručilac Klinika za stomatologiju Niš, po **pozivu 40-137 /2014 za javnu nabavku otvorenom postupku br. 3 /2014** , za nabavku 33141770- sprava za prelome čivije i pločice- partija 1.1. ugradni materijal za duralnu rekonstrukciju i osteosintezu i 33141125 – materijal za hirurško šivenje - partija 2.1. -33141125 , na zahtev potencijalnog ponudjača , objavljuje

Odgovore , pojašnjenja i dopunu konkursne dokumentacije

“ **Pitanja** u vezi tehničke specifikacije za Javnu Nabavku br 3/2014, Klinika za Stomatologiju Niš: Kako bi se ispoštovao član 10. Zakona o Javnim nabavkama, molimo da promenite specifikaciju u smislu određivanja tehničkih karakteristika ugradnog materijala za osteosintezu, i to u sledećem:

1.

Umesto da se izričito traže mikro pločice sa prečnikom rupa 1.7mm, molimo da omogućite da se nude pločice sa prečnikom rupa od 1,5-1,7mm jer će tako i drugi ponuđači moći da učestvuju u nabavci.

Za debljine pločica molimo da omogućite toleranciju od +0,1mm kako se Vaš zahtev ne bi ograničio samo na jednog proizvođača

Kod zahteva u pogledu pravih pločica molimo da ne budete izričiti u broju rupa jer svaki proizvođač nudi različite artikle, već da omogućite toleranciju od +10% u broju rupa koje se traže.

U vezi dužine šrafova, pojedini proizvođači proizvode samo šrafove sa parnim brojem jedinica dužine (4,6,8mm itd.) dok drugi samo sa neparim (3,5,7mm itd.). Zato Vas molimo da se za svaki šraf izjasnite u dve dužine. Na pr. 5 ili 6 mm umesto samo 5mm.

Kod dimenzija mrežica, molimo da omogućite određenu toleranciju na tražene dimenzije jer svaki proizvođač nudi različite dimenzije.

Pitanja u vezi tehničke specifikacije:

1.

Na koji prečnik rupa se odnose stavke 1-6?

Stavka 1: šta ovu pločicu izdrva od ostalih, obzirom da su sve pločice savitljive? Zbog čega je bitan profil od 0,5mm u odnosu na 0,6mm?

Šta znači „samonarezujući“ a šta „samobušeci“ šraf?

Šta znači „pomoćni“ šraf? Da li se misli na „emergency“ šrafove?

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Srbija
Tel./Centrala 018 4226-216
4222-403
Tel./Fax 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs



CLINIC OF STOMATOLOGY NIS
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs

Molimo definišite termin „zaključavajući“ šraf i „zaključavajuća“ pločica. Da li se misli na „locking“ šrafove koji mogu da se uvrću pod uglom od max. 15% u odnosu na normalu na kost i čija se glava uvrće u pločicu?

Stavke: 47. i 48., 54.-60., 65, 83.-87. : za koji prečnik šrafa se traže ove pločice?

Stavke 80.- 82.: za koji prečnik šrafa se traže ove ortognatske pločice? Za koje indikacije se traže ove pločice i da li indikacija iziskuje upravo ovakav opis?

Stavka 95. i 96.: za koji prečnik šrafa se traži ova mrežica?

Stavke 97.-99.: Molimo da se ove stavke izdvoje iz ove partije jer se isključuju dobavljači koji u svom programu imaju osteosinteski materijal a ne šine i žicu “

1-2. U skladu sa navedenim zahtevima potencijalnog ponudjača uradjene su izmene i dopune u tehničkim specifikacijama koje su sastavni deo pojašnjenja i objavljujemo ih kao „izmenjene specifikacije za otvoreni postupak JN 3-2014“ .

Veličina profila pokazuje „elastičnost“- lakše modelovanje -savitljivost pločice.

3. Samonarezujući šraf je šraf koji buši „korteks“ za šta nije potrebno dalje „bušiti“. Prilikom upotrebe smobušecog šrafa nije potrebno koristiti borer.

4. Izraz „pomoćni šraf“ odnosi se na „emergency“ šrafove.

5. „Zaključavajući „ šraf i pločica je isto što i „locking „ šraf i pločicu.

6. Bliža pojašnjenja ovih stavki sadržana su u „izmenjenoj specifikaciji za otvoreni postupak JN 3-2014“ .

7. Bliža pojašnjenja ovih stavki sadržana su u „izmenjenoj specifikaciji za otvoreni postupak JN 3-2014“ .

8. Bliža pojašnjenja ovih stavki sadržana su u „izmenjenoj specifikaciji za otvoreni postupak JN 3-2014“. Navedene stavke su za namenu u ortognatskoj hirurgiji.

9. Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS „, br. 124/12) član 80 i 81 ostavlja mogućnost da se podese ponuda sa podizvodjačem ili kao zajednička ponuda.

Pridržavajući se navedenog (strana 9 tačka 14 Uslovi za podizvodjače i učesnike u zajedničkoj ponudi) nije načinjena favorizacija potencijalnih učesnika u postupku .

S poštovanjem.

Komisija za javnu nabavku
u otvorenom postupku 3/2014