

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đinđića 52  
18000 Niš, Srbija  
Tel./Centrala 018 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax 018 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đinđića 52  
18000 Niš, Serbia  
Tel./Centrala +381 18 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax.+381 18 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs

**NARUČILAC :**

Klinika za stomatologiju Niš  
Bulevar dr Zorana Đinđića 52  
18000 Niš  
PIB : 100621196, mbr. 17215426  
Del. br. 37- 6912  
24.02.2014.godine

**Predmet:**

**odgovor na pitanje u vezi javne nabavke u otvorenom postupku 4/2015 – Grupa 1.( ugradni materijal za duralnu rekonstrukciju I osteosintezu)**

U skladu sa članom 63. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS „ br. 124/12) naručilac Klinika za stomatologiju Niš odgovara na pitanja potencijalnih ponudjača :

**1) Pitanje :**

Zamolili bismo Vas da u skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama , i načela obezbeđivanja što veće konkurencije , a zbog zainteresovanosti samo jednog ponudjača koji može da ponudi kompletnu partiju br. 1 grupa 1( ugradni materijal za duralnu rekonstrukciju i osteosintezu), i nemogućnosti davanja zajedničke ponude od strane ostalih ponudjača među kojima je i naša kompanija , izdvojite stavke 97,98, i 99 iz partije br. 1 grupa 1. U zasebnu partiju.

**Odgovor :**

Ovim zahtevom se ne diskriminišu niti pak favorizuju pojedini ponudjači , jer nije uslovljeno da sva ponudjena dobra budu od istog proizvođača , niti samo od jednog proizvođača. Poziv ne ograničava ponudjače da nastupaju samostalno. Iz navedenog Vaše zahteve ne možemo uvažiti.

**2) Pitanje :**

Takodje zahtevamo da za sve stavke u okviru iste partije br.1 grupa 1. dodate reč „ ekvivalent „ ili „ odgovarajući „ i na taj način omogućite konkurs većem broju ponudjača , jer je konkursna dokumentacija pisana po opisu jednog ponudjača , i samo jedan ponudjač može zadovoljiti opise iz konkursne dokumentacije.

Naglašavamo da se na ovaj način ne utiče na bezbednost proceddure , jer se postupci ugradnje osteosintetskog materijala sprovode kvalitetno i uspešno bez obzira da li je korišćen merni sistem paran ili neparan (3mm,5mm,7mm, ili 4mm, 6mm, 8mm) ili da li je broj rupa 16 ili 18 , ili slično , a na koji način se diskvalifikuje konkurencija.

**Odgovor :**

U celosti uvažavamo zahtev i zahvaljujemo se na ukazanoj primedbi , jer je navedeno propust tehničke prirode te ni u kom slučaju nije bila namera naručioca da umanjí konkurtnost i time favorizuje jednog a diskriminiše druge ponudjače.

Komisija za javnu nabavku u otvorenom postupku br. 4/2015

