

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Srbija
Tel./Centrala 018 4226-216
4222-403
Tel./Fax 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs




CLINIC OF DENTISTRY NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs

Број: 01-279

Датум: 01.04.2016.године

ПРОЦЕДУРА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА НА КЛИНИЦИ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
1.15.	01.04.2016	
Процедуру израдио Сања Лукић, главна сестра	Процедуру оверио директор Доц.др Александар Митић	
Тим за стоматолошку здравствену заштиту		



KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Srbija
Tel./Centrala 018 4226-216
4222-403
Tel./Fax 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs

Број: 01- 279

Датум: 01.04.2016.године

На основу чл.23 ст.1 тач.1 Статута Клинике за стоматологију Ниш, Директор Клинике донео је дана 01.04.2016.године

ПРОЦЕДУРУ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА НА КЛИНИЦИ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ

Процедура дефинише начин на који се спроводи стерилизација простора на Клиници за стоматологију Ниш.

1. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује у просторијама где се спроводи стерилизација као и у случају постојања такве просторије – собе за изолацију.

2. ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМОВА

Стерилизација УВ зрацима подразумева профилактички поступак обескличавања простора операционих сала, амбуланти, изолација и других просторија у здравственим установама, као и у производњи лекова, серума и вакцина. **Гермицидна лампа** емитује УВЦ зраке који разлажу липопротеине у хелијској мембрани и тако делује антибактеријски, антивирусно и антигљивично.

3. ОПИС ПОСТУПАКА И АКТИВНОСТИ

На Клиници за стоматологију Ниш УВ лампе су постављене у амбулантама, операционим салама, операционој сали за локалну анестезију, а постоји и покретна УВ лампа која се користи по собама у стационарном делу Клинике.

Лампа се поставља на зид или плафон или је на сопственом постољу. Њен сноп се усмерава према свим деловима просторије. Стерилизација се обавља углавном ноћу због сигурносних правила (када нема људи у просторијама), јер могу имати штетна дејства (опекотине, коњуктивитис). С обзиром на последице које проузрокује УВ-Ц зрачење на људе, треба водити рачуна да се не прекораче постојећи стандарди који прописују граничне вредности овог зрачења (30ј/м2). Дужина трајања стерилизације је према упутству произвођача. На местима инсталације уређаја за УВ стерилизацију и дезинфекцију постављена су упозорења како би људи били упознати да се налазе у зони овог зрачења.

4. ОДГОВОРНОСТ

За примену процедуре одговорне су стоматолошке и медицинске сестре и зубни техничари Клинике за стоматологију Ниш.

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Srbija
Tel./Centrala 018 4226-216
4222-403
Tel./Fax 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs

За контролу спровођења Процедуре одговорни су: Начелници Служби, Главна сестра Клинике, одговорне сестре Служби и шефови зубне технике.

5. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

- Стручно методолошко упутство везано за болничке инфекције
- Програм заштите од болничких инфекција
- План рада Комисије за заштиту од болничких инфекција.

6. ПРАВНА ПРИМЕНА И ЗНАЧАЈ ПРОЦЕДУРЕ

Процедура ступа на снагу даном доношења, а почиње да се примењује 8 (осам) дана од дана доношења.

ДИРЕКТОР,



Доц др Александар Митић