

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ  
Булевар др Зорана Ђинђића 52  
18000 Ниш, Србија  
Тел./Централа 018 4226-216  
4222-403  
Тел./Фах 018 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Serbia  
Tel./Centrala +381 18 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax.+381 18 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs

НАРУЧИЛАЦ : КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ  
Булевар др Зорана Ђинђића 52 Медијана Ниш 18000  
ПИБ : 100621196 , мбр: 17215426  
Del. br. 37-514/2  
Датум : 09.11.2016.године

ПРЕДМЕТ : Додатна појашњења за јавну набаку добара – јавна набавка медицинске опреме ЈНМВ 11/2016 поступку јавне набавке мале вредности по позиву објављеном на Порталу ЈН , Порталу Службеног гласника и интернет страници наручиоца

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ , бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту : Закон , достављамо одговоре на постављена питања у поступку јавне набавке мале вредности добара - Набавка медицинске опреме , партија 1: један модуларни монитор за праћење виталних функција са капнометријом, ЈНМВ 11/2016

Pitanje br. 1:

Minimalne техничке карактеристике по захтеву наручиоца:

„Monitor mora da poseduje mogućnost dodatne (opcione) nadogradnje putem plug and play modula:

Merenje C.O. i hemodinamskih parametara (PICCO)“

Molimo Vas da nam ovim путем напишете када сте Vi као наручилац и клиника за стоматологију, од свог оснивача, имали pacijenta коме сте мерили Hemodinamske (PICCO) параметре као и име доктора који је на клиници за стоматологију обућен за рад са hemodinamskim (PICCO) parametrima.

Naime opšte je poznato da PICCO merenja u zemlji vrši samo ustanove tercijalnog nivoa zdravstvene заштите i to uglavnom instituti za kardiovaskularne bolesti (IKVB Sremska Kamenica, IKVB Dedinje). Takođe je poznato da u Nišu na клиници за кардиолошке bolesti se ne vrše PICCO merenja. Iz svega ovog ostaje nejasno kako је Vama као Klinici за стоматологију, потребно merenje PICCO parametara. Ovaj захтев Vas као наручиоца је diskriminisanjući i celokupan opis modularnog monitora je pisan prema proizvođaču MINDRAY i njegovom zastupniku Profesional Medic iz Ritopeka.

Molimo Vas da razmislite da li Vam je stvarno потребна „**mogućnost**“ hemodinamskih parametara (PICCO), i скрећемо Vam pažnju da prilikom испоруке добара нећete dobiti PICCO модул, već samo mogućnost da nekada u budućnosti nadogradite monitor PICCO modulom.

Takođe остaje nejasno из ког разлога ако već imate lekare које су обућени за merenje PICCO parametara захтевате да корисниčki softver буде на srpskom jeziku, а poznato je da je obuka за merenje hemodinamskih PICCO parametara veoma složena i da se njen veliki deo obavlja na engleskom jeziku.

**ОДГОВОР :** Клиника за стоматологију Ниш као наручилац је техничким карактеристикама јасно дефинисала техничке карактеристике монитора у складу са својим потребама , а то је висококвалитетни монитор са могућношћу лаке касније надоградње..

Више понуђача може да испуни тражене карактеристике , тако да не постоји ограничење конкуренције. Наручилац остаје при траженој карактеристици.

Комисија за ЈНМВ 11/2016

