

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ
Булевар др Зорана Ђинђића 52
18000 Ниш, Србија
Тел./Централа 018 4226-216
4222-403
Тел./Фах 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs

NARUČILAC :

Klinika za stomatologiju Niš
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš
pib : 100621196, mbr.: 17215426
del.br. 37- 100/2
datum : 11. 3.2016.godine

PREDMET : odgovor i pojašnjenja za javnu nabavku u otvorenom postupku 02/2016

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik br. 68/2015) i čl. 38 Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke Klinike za stomatologiju Niš , Komisija daje odgovore i pojašnjenja na zahtev potencijalnih ponudjača

PITANJE 1 –

GRUPA 2 – PARTIJA 2.2- STAVKA BR.7,8,9 OMNIFIX ILI ODGOVARAJUĆI – Molimo naručioca da nam objasni na koj način će upoređivati odgovarajući flaster u odnosu na Omnifix ako konkursnom dokumentacijom nije dat opis traženog flastera a ni katalog sa detaljnim tehničkim karakteristikama jer detaljne tehničke karakteristike niste ni tražili . Takođe , naručilac zadržava pravo traženja uzoraka kako kaže zbog saobraznosti ponude . Ako se za te stavke i bude tražio uzorak na osnovu kojih parametara će naručilac uporediti sve dostavljene uzorke za te konkretne stavke u ovoj navedenoj grupi i partiji ?

ODGOVOR 1:

Naručilac je konkursnom dokumentacijom za grupu 2, partiju 2.2, stavku 7,8 i 9 tražio flaster Omnifix ili odgovarajući shodno ZJN-u član 71. Stav 1. Kakav je flaster u pitanju se vrlo lako može utvrditi i pretragom bilo kog internet pretraživača. Imajući u vidu da je tražen samolepljivi flaster od netkanog materijala-tekstila sa određenim dimenzijama za stavke 7, 8 i 9, naručilac će upravo ovim parametrima i rukovoditi. Napominjemo da na tržištu Srbije postoje veći broj registrovanih proizvođača ovakvih flastera.

PITANJE 2 –

GRUPA 2 – PARTIJA 2.2- STAVKA BR. 11 – Molimo Naručioca da odgovori koju dimenziju elastičnog samolepljivog zavoja traži ?

Takođe , molimo Naručioca da objasni da li je kad je tražio elastični samolepljivi zavoj , mislio na samoprijanjajući zavoj sačinjen od rastegljivog poroznog netkanog materijala u koji su utkane polieterske trake i koji je obložen kohezivnom supstancom tako da se zavoj lepi sam na sebe ili ste mislili na samolepljivi zavoj koji treba da bude po sastavu viskoza 56% i 44% poliamid rastegljivosti po dužini približno 55% a po širini 50% ili pak po da po sastavu bude viskoza 66% , poliamid 34 % rastegljivost po dužini približno 65% a po širini 50% ?

ODGOVOR 2:

U pitanju je samolepljivi i samoprijanjajući elastični zavoj sačinjen od rastegljivog poroznog netkanog materijala u koji su utkane polieterske trake i koji je obložen kohezivnom supstancom tako da se zavoj lepi sam na sebe, dimenzija 10cm x 4,5m

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ
Булевар др Зорана Ђинђића 52
18000 Ниш, Србија
Тел./Централа 018 4226-216
4222-403
Тел./Факс 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax. +381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs

PITANJE 3 –

GRUPA 2 – PARTIJA 2.3 – STAVKA BR. 2 – Po prvobitnoj specifikaciji Naručioca se tražila gastrična sonda vel.12-18 (koju inače koristite) a po novoj specifikaciji u izmeni 2 konkursne dokumentacije se traži silikonska sa vodičem 12-18 kakvu ima registrovanu kod ALIMSA samo jedan nosilac dozvole na teritoriji RS te molimo Naručioca da ovu stavku ili vrati naziv po predhodnoj specifikaciji ili da je odvoji u posebnu partiju . Takođe, naglašavamo da ako ovako ostane specifikacija time diskriminišete ostale ponuđače pogotovu što tek po izmeni 2 konkursne dokumentacije tražite ovlašćenje za učešće na tenderu (koje do sada pritom niste tražili , a niste tražili ni po prvobitno objavljenoj konkursnoj dokumentaciji JN 02/2016) a jasno je da će taj nosilac dozvole kod ALIMSA za tu stavku dati ovlašćenje samo jednom potencijalnom Ponuđaču .

ODGOVOR 3:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji propisao tehničku specifikaciju shodno svojim realnim potrebama. Shodno odredbama ZJN svaki naručilac ima zakonsku obavezu da u postupku javne nabavke omogući što veću konkurenciju, međutim sa druge strane svaki konkretan postupak javne nabavke sprovodi se u cilju zadovoljenja objektivnih potreba naručioca, a na osnovu Konkursne dokumentacije kojom se definišu zahtevi koji odgovaraju takvim potrebama. Obaveza obezbeđenja što je moguće veće konkurencije ne može se tumačiti na način koji podrazumeva obavezu naručioca da svakom zainteresovanom ponuđaču omogući učešće u postupku javne nabavke , ne vodeći pritom računa o svrsi javne nabavke, kao ni o kvalitetu dobara koji su predmet iste, tako da u konkretnom slučaju, Naručilac smatra da ne povređuje načelo konkurencije i ne vrši diskriminaciju ponuđača. Naručilac je izmene i dopune kao i odgovore na pitanja a vezano za konkursnu dokumentaciju radio u roku i po ZJN-u. Ovome u prilog ide i činjenica da zainteresovani ponuđači ponudu mogu podneti samostalno, kao zajedničku ponudu ili sa podizvođačem jer na tržištu Srbije postoje veći broj registrovanih proizvođača. Odbacujemo tvrdnju potencijalnog ponuđača kao neosnovanu i ostajemo u svemu pri tehničkoj specifikaciji.

PITANJE 4 -

GRUPA 2 – PARTIJA 2.3 – STAVKA BR. 20 , 21 , 22

Po prvobitno objavljenoj specifikaciji ste tražili aspiracioni kateter 16 Fr 50 cm , 14 Fr 50 cm , 12 Fr 50 cm (a takve ste i koristili) a u izmenjenoj konkursnoj dokumentaciji je stavljeno 16 Fr 60 cm , 14 Fr 60 cm i 12 Fr 60 cm . S obzirom da samo jedan nosilac dozvole kod ALIMSA ima aspiracione katetere dužine 60 cm (a standardna dužina je 50 cm) , molimo Naručioca da vrati traženu specifikaciju po prvobitno objavljenoj konkursnoj dokumentaciji ili da navede da dužina bude od 50 do 60 cm kako ne bi ograničavali konkurenciju .

ODGOVOR 4:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji propisao tehničku specifikaciju shodno svojim realnim potrebama. Shodno odredbama ZJN svaki naručilac ima zakonsku obavezu da u postupku javne nabavke omogući što veću konkurenciju, međutim sa druge strane svaki konkretan postupak javne nabavke sprovodi se u cilju zadovoljenja objektivnih potreba naručioca, a na osnovu Konkursne dokumentacije kojom se definišu zahtevi koji odgovaraju takvim potrebama. Obaveza obezbeđenja što je moguće veće konkurencije ne može se tumačiti na način koji podrazumeva obavezu naručioca da svakom zainteresovanom ponuđaču omogući učešće u postupku javne nabavke , ne vodeći pritom računa o svrsi javne nabavke, kao ni o kvalitetu dobara koji su predmet iste, tako da u konkretnom slučaju, Naručilac smatra da ne povređuje načelo konkurencije i ne vrši diskriminaciju ponuđača. Naručilac je izmene i dopune kao i odgovore na pitanja a vezano za konkursnu dokumentaciju radio u roku i po ZJN-u. Ovome

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ
Булевар др Зорана Ђинђића 52
18000 Ниш, Србија
Тел./Централа 018 4226-216
4222-403
Тел./Фах 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs

u prilog ide i činjenica da zainteresovani ponuđači ponudu mogu podneti samostalno, kao zajedničku ponudu ili sa podizvođačem jer na tržištu Srbije postoje veći broj registrovanih proizvođača. Odbacujemo tvrdnju potencijalnog ponuđača kao neosnovanu i ostajemo u svemu pri tehničkoj specifikaciji.

S poštovanjem.



Komisija za javnu nabavku
u otvorenom postupku 02/2016