

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ
Булевар др Зорана Ђинђића 52
18000 Ниш, Србија
Тел./Централа 018 4226-216
4222-403
Тел./Фах 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs

НАРУЧИЛАЦ :

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ
18000 Ниш Булевар др Зорана Ђинђића 52
ПИБ : 100621196 , мб: 17215426

Дел. број : 37- 82 / 2017
Датум : 23.03.2017.године

ЈАВНА НАБАКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 2/2017

ПРЕДМЕТ : Додатна појашњења и одговори за јавну набавку добара – јавна набавка медицинске опреме, фармацеутских производа и производа за личну бр. 2/2017 по Позиву објављеном на Порталу ЈН 24.02.2017. и интернет страници Клинике

Сходн члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) у даљем тексту : Закона, Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке 2/2017 објављује одговоре на постављена питања

Наручилац остаје у свему при техничким карактеристикама конкурсне документације.
Образложење:

1)ПИТАЊЕ :

Група 2, Партија 2,2 - Завојни материјал, молимо Вас да ставку 11: Еластични завој раздвојите као посебне ставке за сваку величину траженог добра, обзиром да се цена за наведено добро разликује у зависности од величине

1)ОДГОВОР :

Група 2, Партија 2.2. - Наручилац је сходно испитивању тржишта пред распис јавне набавке као и у претходним набавкама наведена добра различитих димензија набављао по истој цени те је саставио конкурсну документацију сходно својим реалним потребама. За све наведено поседујемо јасне и недвосмислене доказе.

2)ПИТАЊЕ :

Партија 2.4 - Остали медицински метеријал, молимо Вас да ставку 23 - Гел за ране на бази октенидина изузмете из наведене партије и ставите као засебну партију обзиром да се ради о препарату октенисепт, које није истоврсно добро (реч је о апотекарском производу).

У складу са чл. 10 ЗЈН: "Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.

Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума."

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ
Булевар др Зорана Ђинђића 52
18000 Ниш, Србија
Тел./Централа 018 4226-216
4222-403
Тел./Фах 018 453-6736
е-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
е-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs

2)ОДГОВОР :

Група 2, Партија 2.4. - Наручилац је тражио гел за ране на бази активног састава октенидина који је регистрован и одобрен од стране АЛИМС-а као медицинско средство за једнократну употребу категорије 10, класе ИИБ за ране и намењено је за употребу у здравственим установама. Приликом припреме конкурсне документације, наручилац се водио својим објективним потребама имајући у виду намену предмета набавке и посебно имајући у виду дејство добара у реалним условима експлоатације тј. операционе сале и просторије са високим ризиком. Имајући у виду да је намена добара и жељени ефекат баш да се обезбеди сигурност у раду и заштита корисника услуга и брзо зарастање рана и нега акутних рана, наглашавамо да се ради о Здравственој установи секундарног нивоа заштите и да се предмет јавне набавке употребљава у интезивним негама и операционим салама. На основу наших сазнања, дугогодишњег искуства, компетентности стручне комисије, као и расположиве литературе, Закона, прописа и правилника, тразене техничке карактеристике су обликоване у складу са нашим објективним потребама, као и у складу са делатности коју наса здравствена установа обавља. Посебан акценат стављамо на редукацију инциденце интрахоспиталних инфекција на високо ризицим одељењима, као нпр. максиофацијална хирургија и интензивна нега те смо у том смислу и определили функционалне карактеристике препарата. На основу свега наведеног, наглашавамо да је дефинисана техничка спецификација у складу са ЗЈН-ом, чл.70 и чл.71 и да је у логичкој вези са предметном јавне набавке и такође обавештавамо заинтересована лица да ће наручилац прихватити сваку припелу понуду за коју понуђач докаже да је одговарајућа са захтеваном техничком спецификацијом. Такође наглашавамо да није повређено начело чл.10 и 70. ЗЈН-а јер на територији Републике Србије постоји више привредних субјеката који могу понудити захтевано добро, тј. Дистрибутери који послују по комерцијалним принципима. Конкурсном документацијом је предвиђено да понуђачи понуду могу поднети самостално, са подизвођачем, или заједничку понуду. За све наведено поседујемо јасне и недвосмислене доказе.

3)ПИТАЊЕ :

Група 2, Партија 2,4 - Завојни материјал, молимо Вас да за ставку 22: ЕКГ траке прецизируете да ли су Вам исте потребне за апарат Schiler или Mac?

3)ОДГОВОР :

Група 2, Партија 2.4 - Завојни материјал а везано за ставку 22, ЕКГ траке, потребне су траке димензија 90x90x360 које се користе за апарат Schiler због маркера на самим тракама. Наручилац ће прихватити понуду сваког понуђача/произвођача добра ЕКГ трака тражених димензија који докаже да су његове траке регистроване као медицинско средство код АЛИМС-а и компатибилне са траженим апаратом .

Наручилац ће одговоре на питања за предметну јавну набавку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца,

